

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 静岡厚生会)
 事業所名 (厚生苑デイサービスセンター新緑の郷)
 サービス種別 (通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		株式会社アマノ社製 個別入浴機器 スクティ	
導入時期	導入台(セット)数	購入日	リースの契約期間
令和3年3月31日	1台	令和3年3月31日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) - 通所介護・通所型サービス(現行相当)の利用者は状態像の幅が広く、ほぼ自立に近い者から全介助の者までいます。今回導入した機器は①自立入浴、②サポート入浴、③チェア入浴と、3つの入浴形態を1台で賄えるものです。 ①自立入浴は、自力で歩行できる利用者を対象としています。 ②サポート入浴は、手引き歩行など何らかの介助が必要な利用者を対象としています。 ③チェア入浴は移動に全介助が必要な利用者を対象としています。 - 各種センサーにより利用者の状態や機器使用状況を検知し、湯温や湯量及びドア開閉などを制御し安全に入浴でき且つ、機器の持つ特徴・各種機能により介護職員の負担を軽減できる仕様となっています。また、利用の都度新湯に入れ替わるので、衛生面でも安心できる仕様となっています。これらの機能を有効に活用することで、様々な状態像の利用者に対応できるという点で、必要性が高い機器となっています。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) - 身体状況に合わせて入浴するスタイル(①自立入浴、②サポート入浴、③チェア入浴)を選択できるので、身体状況に変化があっても柔軟に対応ができる。動作能力に日内変動のある利用者の場合、状態のいい時は①自立入浴、それ程でもない時は②サポート入浴といったことができるので、自立支援に繋がっています。 - 自宅の浴槽のように個浴で囲まれた感があり、リラックスした状態で入浴していただいています。この囲まれた感じが狭く感じるとの意見もありました。 - 全ての入浴スタイルで入浴中は座位姿勢となり、掴まる箇所も手が届きやすく安心して入浴できるとの意見を伺っています。 (職員に対する効果) - 利用者の状態像に合った入浴サービスを提供できるため、介助量が減少し負担が軽減されている。 - 各種センサーが湯音、湯量、不用意な機器操作などを検知し機器制御を行っているため、安心して業務にあたることができている。 - 機器操作が分かりやすく、不用意な機器操作を行っても各種センサーが機器の使用状況により制御を行っているため、危険な状態になることが無く安全に使用することができている。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人千寿会)

事業所名 (みさくほの里デイサービス)

サービス種別 (通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		メーカー名：アマノ リフト付きシャワーキャリー (LS500) 収納式レール (LTC100)	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和3年 3月10日	1台	令和3年 3月10日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 機器の使用により、安全かつスムーズな入浴が可能になり利用者の表情もよく不安なく入浴されています。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 安全に浴槽に移動することが出来、利用者が不安なく入浴できている 洗身から入浴までの動作が1回の移乗で済むことで、利用者の不安が軽減されました (職員に対する効果) 二人対応で介助していた利用者が一人対応が可能になりスムーズに入浴できるようになりました 腰痛のある職員の身体的負担が楽になりました 落ち着いて安全に浴槽へ移動出来ることで、ゆっくり利用者に対応することが出来るようになり、慌ただしさが無くなり気持ちに余裕が出来て利用者への対応も手厚く行えるようになりました			

機器導入効果報告書

法人名 (医療法人社団 マイルストーン)

事業所名 (リハビリスクエア竜宮)

サービス種別 ((予防) 通所リハビリテーション)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		リフト付シャワーキャリー LS-310	
導入時期	導入台(セット)数	購入日	リースの契約期間
2021 年 1 月 15 日	1	2021 年 1 月 15 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 浴槽につかる事が大変、又は浴槽からの立ち上がりが大変な方に使用			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 以前は浴槽用昇降機を使用していたが、移乗回数が多く負担が多かった。その為、シャワー浴のみを希望する方やその日の調子によってシャワー浴のみに切替が多かった。導入後は移乗回数が減り負担も少なくなった事から浴槽につかる事が増え、安心して利用する方が増えた。 介助量が多い方でも同性介助が可能となり希望に沿える事が増えた。 (職員に対する効果) 移乗回数が少なくなり、経験年数が少ない職員や無資格の職員も短い期間で安心して業務に当たる事が出来るようになった。腰痛の訴えをする職員も減少傾向にある。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人八生会)
事業所名 (介護老人福祉施設 豊田一空園)
サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名											
移乗介助機器		ロボヘルパー SASUKE KZ-D16912											
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間										
令和3年 1月 21日	1台	令和3年 1月 21日	年 月 日から 年 月 日まで										
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 現在 SASUKE を使用している対象者 3名 ○使用対象者の主な状態 円背や拘縮軽度まで、車いすにて生活は可能だが、立位保持困難な方 移乗時、2人介助を有する方 ○使用のタイミング <table><tr><td>朝食前前後 (5:30~6:30 8:30~9:00)</td><td>車いす⇄ベッドの移乗</td></tr><tr><td>昼食前後 (11:00~12:00 13:00~14:00)</td><td>車いす⇄ベッドの移乗</td></tr><tr><td>夕食前後 (16:00~17:00 18:00~19:00)</td><td>車いす⇄ベッドの移乗</td></tr><tr><td>入浴前後 (9:30~11:30 13:30~15:30)</td><td>車いす⇄ベッドの移乗</td></tr><tr><td colspan="2">車いす⇄浴室ベッド移乗 (衣類着脱の為)</td></tr></table>				朝食前前後 (5:30~6:30 8:30~9:00)	車いす⇄ベッドの移乗	昼食前後 (11:00~12:00 13:00~14:00)	車いす⇄ベッドの移乗	夕食前後 (16:00~17:00 18:00~19:00)	車いす⇄ベッドの移乗	入浴前後 (9:30~11:30 13:30~15:30)	車いす⇄ベッドの移乗	車いす⇄浴室ベッド移乗 (衣類着脱の為)	
朝食前前後 (5:30~6:30 8:30~9:00)	車いす⇄ベッドの移乗												
昼食前後 (11:00~12:00 13:00~14:00)	車いす⇄ベッドの移乗												
夕食前後 (16:00~17:00 18:00~19:00)	車いす⇄ベッドの移乗												
入浴前後 (9:30~11:30 13:30~15:30)	車いす⇄ベッドの移乗												
車いす⇄浴室ベッド移乗 (衣類着脱の為)													
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) SASUKE を導入することにより、抱えての移乗による内出血や圧迫骨折等のリスクが減少し、内出血等の発生が少なくなった 利用者からは、安全に移乗してくれるから安心という声があがっている。 1人介助にて移乗が出来るようになったことでご利用者の生活リズムに合わせる事が出来たり希望時にもすぐに対応出来たりするようになった。 (職員に対する効果) 導入することにより、職員の身体的負担感は減少。腰痛改善に関しては、他の業務も絡んでくるため、明確に効果があったかは不明であるが、腰痛者減少にはつながっている。 職員が2人介助ではなく、1人で行えるため業務の効率化に繋がっている。													

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人八生会)
事業所名 (介護老人福祉施設 豊田一空園)
サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助機器		移乗サポートロボット HUG T1-02	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和3年 3月 1日	1台	令和3年 3月 1日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 現在 HUG を使用している対象者 10名 ○使用対象者の主な状態 座位保持可だが、立位不安定にて二人介助を要する方 一人での介助でも可能であるが、体重増や筋力低下により職員の介助量の負担の大きい方 ○使用のタイミング 基本的にトイレへの移乗介助の際に使用 (定時トイレ誘導時+トイレ希望時) 入浴介助時も使用 体重増等により職員による介助量の負担の大きい方については、車いすからベッド (ベッドから車椅子) への移乗時も使用 使用時間帯については、個々の生活リズムに合わせて使用			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) HUG を導入することにより、今までベッド上での排泄交換や2人介助でトイレへ移乗していたのが、一人介助にて安全に職員の負担が少なくトイレにて排泄できるようになった。また、2人介助になっていた方が1人介助にて行えるようになったことで、職員が効率的に動けるようになったことで本人のリズムに合わせてトイレに行けるようになってきた。日によって立ち上がりが不安定な利用者にも臨機応変に HUG を使用することで、安全に排泄介助を行えるようになってきた。 (職員に対する効果) 対象者を安全に一人介助にて支援できるようになったことで、職員の身体的負担や精神的負担の軽減に繋がっている。(体重が重く2人介助であった方を、抱えることなく一人介助に変更できた事等) HUG がなければ、困るという声が職員からあがっており、なくてはならないものになっている。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人あやめ会)
事業所名 (特別養護老人ホーム中伊豆)
サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		アマノ スカイコート SB5000C フラット担架 SB7300 電動コンパクトストレッチャー SB7450	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和 3 年 3 月 1 8 日	1 台	令和 3 年 3 月 1 8 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) ・入浴中に座位を保つことが困難な寝たきりの入居者でも安心して入浴することができる。 ・非常時降下スイッチの搭載により停電などの非常時でも浴槽から安全に出る事ができる。 ・担架の高さが車椅子の座面まで下がるので、入居者は安全に移乗する事ができる。 ・特養への入所できる条件が介護 3 以上になってから寝たきりの方が新しく入所されることが増え 寝位入浴できる機械浴槽を必要とする人数が多くなった。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) ・自動薬液注入装置があるため、常に清潔なお湯で入浴することができる。 ・フラット担架の側面が柔らかく作られており移乗時の擦り傷を防ぐことができる。 ・やわらかな気泡が出るため心地よい入浴ができる。 (職員に対する効果) ・コンパクト設計なので全方向からの見守りができるため無理な体勢で入浴介助する事がない。 ・難しい操作がなく、見やすく分かり易い操作パネルとなっているため操作が苦手な職員の 精神的不安の軽減ができる。 ・フラット担架の高さ調整ができるため移乗時の腰痛予防や負担軽減ができる。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 八生会)

事業所名 (ケアハウスゆやの里)

サービス種別 (特定施設入居者生活介護)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助・入浴支援機器		ロボヘルパーSASUKE KZ-D16912	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
R3年 2月 15日	1台	R3年1月21日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) - 対象者の状態：寝たきり状態で立位不可能 - 使用の必要性：移乗介助に2人の職員で抱え上げるため2人揃うまで利用者に待っていただいている。また、体重のある方だと介護者の手指に力が入り利用者の体に痣をつけてしまう恐れがある。介護者側にも腰痛や腱鞘炎等の症状が現れるため。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) - 導入以前と導入初期はご利用者の不安が大きかったが、導入以降ご利用者も機器に慣れ、安心されている。離床の要望にも直ぐに対応できるため、喜んでいる。 (職員に対する効果) - 持ち上げる時の腰、腕等への負担が軽減した。 - 職員が2人揃うまで待っていただく事がなくなり業務効率が上がった。 - 待たせているという、すまない気持ちがなくなった。			

機器導入効果報告書

法人名：社会福祉法人 十字の園

事業所名：御 殿 場 十 字 の 園

サービス種別：介 護 老 人 福 祉 施 設

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		リフト付シャワーキャリー	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
2021 年 3 月 15 日	2セット	2021 年 3 月 8 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 （使用対象者の状態・使用の必要性等） ・今までは、一般浴では入浴困難なご利用者は寝台浴であった。リフト浴を導入することで、座ったまま浴槽へ入ることが可能となったご利用者が増えた。 ・洗身から入浴までの動作の中で移乗が1回となった。ご利用者・職員共に浴室内のリスクが減り、安全な入浴ができるようになった。			
【機器の導入効果】 （利用者に対する効果） ・浴槽へ入る際、抱えられることで不安を感じている方が、安心・安全に入浴できるようになった。 ・身体的な要因により、寝台浴であった方がリフト浴導入することにより、一般浴にて入浴できるようになった。 （職員に対する効果） ・入浴介助での移乗介助の抱え上げが減り、職員の身体的負担が軽減された。負荷がかからない分、職員の腰痛等の予防になっている。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人あやめ会)
事業所名 (特別養護老人ホームいちごの里)
サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		(株)アマノ：寝台浴槽 スカイコート薬液タイプ SB5000C 電動コンパクトストレッチャー SB7450 フラット担架 SB7300	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
令和3年3月10日	1台	令和3年3月10日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) ・ 座位の取れない入所者でも、安全でゆつたりと入浴することができる。 ・ 非保持スイッチや非常時下降スイッチなどが装備されているので、緊急時でも安心して浴槽から出ることができる。 ・ 担架の高さが車いすの座面まで下がるので、利用者也安心して担架へ移ることができるし、職員も腰痛予防や負担の軽減になる。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) ・ コンパクトな設計になっているので、職員が近くで見守っているので安心して入浴できる。 ・ 気泡発生装置が装備されているので、やわらかの気泡で心地よい入浴タイムを過ごせる。 ・ 自動で薬液が注入されるので、常に綺麗なお湯で入浴できる。 (職員に対する効果) ・ 担架面が車いすの座面の高さまで下げることができるので、利用者の移乗の負担が軽減される。 ・ コンパクトな設計になっていて側面からも介助が行え、無理のない体勢で入浴介助ができる。 ・ 操作パネルが見やすく解りやすいので、どの職員でも安心して使うことができる。			

機器導入効果報告書

法人名 (株式会社スリーケア)
事業所名 (スリーケアリハビリデイサービス)
サービス種別 (通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助機器		株式会社 FUJI 移乗サポートロボット「ハグ」	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和 3 年 1 月 4 日	1 台	令和 3 年 1 月 4 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 車椅子からトイレへ、車いすからシャワーチェアへ移乗する際に、手すり及び職員の軽介助では移乗が困難な場合に使用している。具体的な使用者の状態としては、強い変形性膝関節症による下肢筋力低下、脳梗塞後遺症の方に使用。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 抱えて介助を受けるより、安心して移乗できると言って頂くことができた。脳梗塞後遺症の方で、リハビリ病院退院後 3 カ月ほどは移乗介助機器を使用していた方が、機器を使わずに移乗ができるまで回復したケースがあった。病気やケガにより、立ち上がりが大変な時期は機器を使い、回復できたら自家筋力を使うためにも機器を使わないようするなど、今後もその方の状態に合わせて機器を使うようにしていきたい。 (職員に対する効果) 移乗介助機器導入前は、立ち上がり困難者に対し、職員が抱える or 二人介助を行っていた。特に体の大きな利用者を抱えるのは主に男性職員が行うなど、負担の押し付け合いが見られた。しかし、移乗機器導入後は、性別や体格に関係なく、誰でも介助に入れるようになった。抱えることによる身体的負担軽減により職員が安心して働く環境が作れた。また、介助に係る時間が軽減されたことで、食後や夕方の時間帯に、フロアの見守り体制が強化された。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人八生会)

事業所名 (特別養護老人ホーム一空園)

サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助機器		T1-02 FUJ 移乗サポートロボット Hug	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
2021 年 3 月 1 日	2 台	2021 年 3 月 1 日	年 月 日から 年 月 日まで

【機器の使用状況】

(使用対象者の状態・使用の必要性等)

使用対象者は多く、スムーズな立ち上がりをアシストしてくれるため不安なく使用できている状況。ベッド⇄車椅子、車椅子⇄トイレ、入浴チェア⇄車椅子と色々な場面で活用できている。

自分のタイミングでトイレに行きやすいというメリットもあり、使用者の精神的負担も軽減している。職員にとっても以下のメリットがあり、双方にとって Hug があることでよりいい環境に繋がっている為、今後も安全に活用していきたい。

【機器の導入効果】

(利用者に対する効果)

- ・職員一人対応ができるため、その方のタイミングでサポートできることが多くなり、個々の生活に合わせたケア展開がしやすくなった。また、立位保持が難しい方、状態変化で難しくなってしまった方がパット交換になるのではなく、継続してトイレ対応できることで尊厳の保持、生活意欲の保持に繋がっている。
- ・残された脚力を活かすことができ ADL の維持、また向上に繋がっている。

(職員に対する効果)

- ・抱えずに対応できることで、腰痛者の減少に繋がっており身体的負担の軽減、腰痛で休む職員が大幅に減少している。
- ・職員 2 人対応していた場面も Hug を使用することで職員一人対応ができ、業務効率化に繋がっている。またその分、個々に合わせたケアを提供する時間が確保され、その方らしい暮らしを実現しやすい環境となっている。

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人八生会)

事業所名 (介護老人福祉施設 梅香の里)

サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助機器		T1-02 移乗サポートロボット Hug	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
2021 年 3 月 8 日	1 台	2021 年 3 月 8 日	年 月 日から 年 月 日まで

【機器の使用状況】

(使用対象者の状態・使用の必要性等)

多職種にて対象利用者を選定し移乗動作時に使用。

利用者からは、恐怖や痛みなく移動できている。職員からは身体の負担がない事や利用者を待たせる事なくケアを行う事で焦りがなくなり個々の意向に対応できる為、個別ケアの充実にも繋がっていると聞き取りより使用感を確認した。

現使用者には、引き続き安全に使用できているか技術確認を行いながら他対象者がいないかの選定をしていく。

【機器の導入効果】

(利用者に対する効果)

- 対象者には、どのような機械であるか機械動作をさせながら説明し恐怖心なく使用できている。人力で行うケアでは、身体を密着させることで表情が見えづらいが表情をみながら介助ができる事で利用者の安心感にも繋がっている。下肢筋力の低下や身体状況の変化があってもトイレでの排泄を維持できている事で利用者にとって尊厳の保持や意欲低下を防ぐことができている。
- 個々の意向に合わせたケアが可能になり生活動作に幅を持たせる事ができた。

(職員に対する効果)

- 表情をみながら行うことができ、安全面の確認をしながらケアをすることが出来て安心感が出た。
- 職員の人数でケアをすることがなくなった為、本人の意向に近い形でケアを進めることが出来、個別ケアの充実感を得ながら仕事ができる。
- 抱える事がなくなることで体格差や体力面での悩みが減った
- 実際のケアに導入された事で機器を使用することに抵抗感がなくなった

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人かんばら会)
 事業所名 (特別養護老人ホーム好日の園)
 サービス種別 (介護福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		株式会社いうら：リフト付シャワーキャリー LS-500 (セット使用品：レール LTC-100 含む)	
導入時期	導入台(セット)数	購入日	リースの契約期間
令和3年 2月 25日	1セット	令和3年 2月 25日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 既存の一般浴槽で、またぎ動作や自立での入浴が難しい方にシャワーキャリーに乗って頂き、そのまま入浴出来ます。 リフトを上昇させることで、利用者の体を洗う際に職員が中腰になる時間が減り腰痛予防に繋がっていると感じています。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) ・自立での入浴が困難であっても、シャワーキャリーを使用することで個浴での入浴が可能になる。 ・転倒のリスクが減り、安全に入浴できる。 (職員に対する効果) ・腰痛予防 ・入浴事故防止による、入浴介助業務の不安要素軽減			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人八生会)
事業所名 (ケアハウスあんしんの里)
サービス種別 (軽費老人ホーム)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助機器		移乗サポートロボット Hug T1-02	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和 3 年 3 月 1 日	1 台	令和 3 年 3 月 1 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 移動動作にて介助を要するご利用者に対して車いすからベットの移動動作やトイレ移動時に使用。職員がご利用者を抱える動作が減少したため、腰痛などで離職、休職する職員がほぼなくなっている状況。 今後も介護職員が健康で仕事が継続できる環境作りが出来るよう機器を活用していく。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 機器導入後よりベット上での排泄介助の方も随時トイレ誘導が可能となり、ADL の維持、向上が出来る。また起立動作を促すことで、下肢の拘縮予防にもつながっている。ご利用者の生活の質も向上しているため、生活意欲の維持、向上が見られている。(欲求や要望を伝える機会も増えている) (職員に対する効果) 移乗介助による身体的な負担が軽減されているとともに、2 人介助が必要な対象者に対しても機器を使用することで、時間帯問わずニーズに沿ったケアにつながっている。新たに入居される方に対しても機器の使用も視野に入れて検討が出来ているため、生活レベルの向上への提案が出来ている。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 和光会)
事業所名 (特別養護老人ホーム 朝霧の園)
サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		リフト付きシャワーキャリー	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
3 年 3 月 19 日	1 台	3 年 3 月 19 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 車椅子を常時使用している利用者（要介護者）の入浴			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 浴槽の出入り等での事故防止及び羞恥心の配慮ができた。 入浴による事故発生がゼロとなった。 (職員に対する効果) 入浴に対する介護負担により腰痛予防や負担軽減ができた。 二人介助が必要な方を一人での介助で対応が可能となり、心的負担の軽減にもなっている。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 湖成会)

事業所名 (特別養護老人ホーム楓の丘)

サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助機器		移乗サポート ハグ (L1-01) 株式会社F U J I	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
R 3 年 2 月 2 6 日	1 台	R 3 年 2 月 2 6 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) ☐ 荷重制限や下肢の筋力低下などにより立位が不安定な利用者 ☐ 身体が大きく職員 1 人では移乗介助等ができない利用者 ☐ 介助者の説明が理解でき、適切な姿勢を保つことができる利用者 ☐ 重度の利用者や男性で大柄の利用者も増えてきた			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) ■ 利用者によっては「怖い」と感じる方もおり、ある程度介助者の声掛けで理解し、協力的な方でないと活用が難しい ■ 周囲の状況にも注意し機械を操作しなければならず、ある程度の空間や広さが必要な為使用場所が限定される ■ 膝関節の拘縮のある方の使用は困難、ケガに繋がる恐れがある (職員に対する効果) ■ 活用できる利用者が限定される ■ 対象者が固定され、使用している分は負担軽減に繋がっているが、全体で見ると効果は少ない。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人湖成会)
事業所名 (特別養護老人ホーム月のあかり)
サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
移乗サポートロボット		移乗サポートロボット Hug T1-02	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
令和3年 3月 1日	1台	令和3年 2月 30日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 【ケース1】 脳梗塞と重度の認知症に伴う廃用により、四肢の拘縮を呈されている大柄な男性。 全介助を必要とするも、大柄であり、女性職員では2人対応でも異常が困難であるも、「トイレでの排泄を継続させてあげたい」という職員側の強い希望があり、QOL維持の観点から令和3年6月から導入を開始。 【ケース2】 重度の認知症により、自分で姿勢の変化に対応できるまでに非常に時間がかかり、恐怖心から全身に力が入ってしまう方の移乗や排泄介助に際し、職員単独での介助が難しくなっていたので令和4年8月より試験的に導入を開始。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 【ケース1】 サポートロボットを使用することで、一人でも介助が行えるようになる。サポートロボットに膝を固定する機能もあったので、膝折れの危険もなく立位を保持することが出来た。 しかし、令和4年6月からは四肢の拘縮の悪化で脇の下にロボットのアーム部分を通せなくなってしまい、使用を断念している。 【ケース2】 サポートロボットの使用で安定して介助に入ることが出来た。 【その他】 上記以外にもお客様の状態に合わせて試験的に導入している。しかし、台数が1台であるため困難事例対応時やマンパワーが不足する事態の際に用いられることが多く、長期視点での使用が難しい場合が多い			

機器導入効果報告書

法人名 (医療法人社団 山川会)

事業所名 (介護老人保健施設ケアセンター芳川)

サービス種別 (通所リハビリテーション)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		(株)いうら リフト付きシャワーキャリー LS-500	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
2021 年 2 月 5 日	1	2021 年 2 月 5 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 要介護5の利用者が使用 立位保持不能なため、利用者が安全に入浴するため、また職員の移乗負担軽減のため、リフト付きシャワーキャリーを使用している			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) ・利用者の移乗が安全、安楽に行え、皮膚剥離、転倒等の事故防止になっている ・利用者が自宅では浸かれない浴槽に浸かれることで満足されている ・安全ベルト着脱時利用者の身体状態に応じて職員を確保することで安全に支援できた (職員に対する効果) ・利用者の移乗が安全、安楽に行え、そのため職員の肉体的負担(腰痛)の軽減に繋がっている ・頻回に使うことがあり、職員1人1人が使用手順を円滑に身に付けられた (人の手のみの介助方法よりも職員毎の再現性が高められた)			

機器導入効果報告書

法人名 (株式会社エーアイエム)
事業所名 (えいむの杜)
サービス種別 (看護小規模多機能型居宅介護)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助機器		株式会社 FUJI 製 移乗サポートロボットハグ	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和 3 年 2 月 1 9 日	1 台	令和 3 年 2 月 1 9 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 利用者の移動は車椅子での移動が多く、ベッドからの移乗に介護職員が介助しています。 トイレでの着座、立ち上がりにも介護職員が介助しており、職員の負担が大きい。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 本器の導入により、利用者からの活動意欲が増し、多少ではあるが運動効が果認められる。 (職員に対する効果) 移乗時の職員介助負担が軽減し、利用者への声掛け、見守りで介助可能となった。 職員の腰痛軽減に繋がります。			

機器導入効果報告書

法人名 （ 株式会社エーアイエム ）
事業所名 （ えいむの丘 ）
サービス種別（ 看護小規模多機能型居宅介護 ）

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助機器		株式会社 FUJI 製 移乗サポートロボットハグ	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
令和 3 年 2 月 1 9 日	1 台	令和 3 年 2 月 1 9 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 （使用対象者の状態・使用の必要性等） 利用者の移動は車椅子での移動が多く、ベッドからの移乗に介護職員が介助しています。 トイレでの着座、立ち上がりにも介護職員が介助しており、職員の負担が大きい。			
【機器の導入効果】 （利用者に対する効果） 本器の導入により、利用者からの活動意欲が増し、多少ではあるが運動効が果認められる。 （職員に対する効果） 移乗時の職員介助負担が軽減し、利用者への声掛け、見守りで介助可能となった。 職員の腰痛軽減に繋がります。			

機器導入効果報告書

法人名 (遠州鉄道株式会社)
事業所名 (ラクラス上島デイサービス)
サービス種別 (通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
座浴入浴機器		シャトル【(株)アmano製】	
導入時期	導入台(セット)数	購入日	リースの契約期間
令和3年1月20日	1セット	令和3年1月20日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 車椅子での生活をなされている方など、自立入浴が困難な方が、座った状態で入浴ができる本機器を使用することで、ゆったりと湯船につかることが可能になりました。 シャワーを浴びるだけでなく、湯船につかりたい思いを持たれている方は多く、本機器の導入により入浴の質が大幅に改善をすることができました。 1日あたり、最大15人の全介助者の入浴が可能になり、入浴できる利用者数を大幅に増やすことができました。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 本機器を導入することによって、湯船での入浴をあきらめていた方も湯船につかることが可能になり、QOLの大幅な向上につながっています。また、身体をより清潔に保つことができることで、感染性皮膚病の低減や、リラックス効果による副交感神経の安定につながっており、穏やかな日常生活に大きな貢献をしています。 (職員に対する効果) 全介助者の入浴には複数の職員での介助が必要でしたが、本機器は1人の介助で入浴が可能で、職員の労働負担が大幅に軽減されました。また、今まで入浴介助にあたっていた職員は他の自立入浴者への介助対応が可能になり、施設全体の介助効率が大幅に改善されました。			

機器導入効果報告書

法人名 (遠州鉄道株式会社)
事業所名 (アクラス可睡の杜 デイサービス)
サービス種別 (通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
座浴入浴機器		シャトル【(株) アmano 製】	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和 3 年 3 月 20 日	1 セット	令和 3 年 3 月 20 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 車椅子での生活をなされている方など、自立入浴が困難な方が、座った状態で入浴ができる本機器を使用することで、ゆったりと湯船につかることが可能になりました。 シャワーを浴びるだけではなく、湯船につかりたい思いを持たれている方は多く、本機器の導入により入浴の質が大幅に改善をすることができました。 1 日あたり、最大 15 人の全介助者の入浴が可能になり、入浴できる利用者数を大幅に増やすことができました。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 本機器を導入することによって、湯船での入浴をあきらめていた方も湯船につかることが可能になり、QOL の大幅な向上につながっています。また、身体をより清潔に保つことができることで、感染性皮膚病の低減や、リラックス効果による副交感神経の安定につながっており、穏やかな日常生活に大きな貢献をしています。 (職員に対する効果) 全介助者の入浴には複数の職員での介助が必要でしたが、本機器は 1 人の介助で入浴が可能で、職員の労働負担が大幅に軽減されました。また、今まで入浴介助にあたっていた職員は他の自立入浴者への介助対応が可能になり、施設全体の介助効率が大幅に改善されました。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 聖隷福祉事業団)
事業所名 (和合愛光園初生サテライト)
サービス種別 (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助支援機器		製品名 ロボットヘルパーSASUKE メーカー マッスル (株) 種 類 ロボット介護機器移乗アシスト	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和 3 年 2 月 16 日	1 セット (本体、 バッテリー、充電 器、専用スリング シート)	令和 3 年 2 月 16 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 移動・移乗が全介助の利用者 1 名に対し、主にベッドからリクライニング車椅子、リクライニング車椅子からベッドへの移乗介助にて使用。 対象の利用者は身体状況の低下により、前方からの抱え移乗が困難な方。リクライニング車椅子を使用しており、2 人介助にて平行移乗が必要だが、SASUKE を使用することで職員 1 名でも移乗介助が可能となる。 1 日 6 回程度移乗介助に使用している。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 利用者本人がリクライニング車椅子を使用しているため、前から抱えての移乗介助では移乗後のポジショニングがうまくできず、姿勢を直す動作が必要になっていた。また前から抱えることで腕や腋窩、下肢に内出血ができることも見られていた。SASUKE を使用することで利用者本人の身体的な負担の軽減、移乗に対しての利用者本人の不安の軽減が効果としてあげられる。 (職員に対する効果) 移乗時の身体的な負担が大幅に減った。 二人介助の必要性がないため、他ユニットから応援を呼ぶことなく移乗介助をすることが可能になった。これにより、他ユニットの人員が移乗介助の際に抜けることがなくなった。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人天心会)
事業所名 (特別養護老人ホーム竜爪園)
サービス種別 (介護福祉施設サービス)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		アマリフト付シャワーキャリー LS 専用レール	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和 3 年 2 月 26 日	2 台	令和 3 年 2 月 26 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) ・ 介助者 1 人で安全に効率よく入浴介助が出来る。 ・ 吊り上げる事なくシートスライド式により安全に入浴出来る。ご利用者の恐怖心の減少著明。 ・ シャワーキャリーを使用する事で移乗回数の減少。 ・ 安全ベルト、パットを新たに購入し安全性の向上を図った。 ・ 移乗困難のご利用者に対して立位保持のシャワーキャリーを差し込む事で使用出来るようになり、シャワー浴だったご利用者が入浴できるようになった。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) ・ 吊り上げる介助から横スライドになり安全に入浴出来て、ご利用者の恐怖心が減少した。 ・ シャワーキャリーの昇降を使用する事で低い位置からの立ち上がり困難が解消された。 ・ シャワーキャリーを使用する事で移乗回数の減少。ご利用者の負担が軽減した。 ・ 特殊浴槽対応のご利用者がリフト浴を使用出来る事で ADL 低下防止に繋がった。 ・ 従来のリフトでは入浴困難なご利用者に対して、安全に入浴支援を行う事が出来た。 (職員に対する効果) ・ リフト浴の台数増加により入浴の時間効率、作業効率が上がった。 ・ シャワーキャリーを使用する事で移乗回数の減少。介助職員の負担軽減した。 ・ シャワーキャリーの昇降を使用する事で低い位置からの立ち上がり介助負担が減少した。 ・ 特殊浴槽対応のご利用者がリフト浴を使用出来る事で、身体的介助負担が軽減した。 ・ リフトアップ (昇降) をシャワーキャリーで行う事で腰痛軽減に繋がった。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 聖隷福祉事業団)

事業所名 (いなさ愛光園)

サービス種別 (短期入所)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助機器		アイソネックス製 「スカイリフト・エアスリング」	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
2021 年 2 月 19 日	1	2021 年 3 月 18 日	年 月 日から 年 月 日まで

【機器の使用状況】

(使用対象者の状態・使用の必要性等)

・短期入所サービス (20 床) である。毎月約 60 名の方がご利用をされている。排泄介助を職員 2 名対応 (1 名が前から利用者を抱え、1 名が後ろからサポートをする) が必要な方がスカイリフトを使用することで、職員 1 名で対応できる方に使用をしている。スカイリフトを使用している利用者は 3 名である。現在職員 15 名中腰痛者は 5 名であり、スカイリフトを使用することで腰への負担は軽減できる。

【機器の導入効果】

(利用者に対する効果)

・職員による介助では、職員の体格、職員の性別、技術、筋力の差によって力のかかり具合が違い安定した対応ができていなかった。スカイリフトを使用することでどの職員でも安定した力のかかり具合で対応できご利用者の安心、安全の効果もある。そのため安定した排泄介助が実施され、利用者からは「安心できる」とのお言葉を頂いた。

(職員に対する効果)

・職員からは、利用者を前から抱え立位保持をする動作が減るため、精神的・身体的な負担が減少しているとの反応があった。排泄介助を 2 名対応でしていたところを、1 名で対応をすることで仕事の効率もあがり、腰痛も軽減している。また、職員のなかでもスカイリフトの使い方が慣れてきた為、対象のご利用者が増えてきている。今後は入浴時の介助の場面や、ベッドからの離床場面での活用も検討し、ご利用者の安心・安全と職員の腰痛予防に活用していきたい。

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 芙蓉会)

事業所名 (特別養護老人ホーム みぎわ園)

サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名		
入浴支援機器		(株) アマノ : シャトル A88E (シャワーチェア A88E-SC を含む)		
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間	
2021 年 2 月 24 日	2 セット	2021 年 2 月 24 日	年 月 日から 年 月 日まで	
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 車いすに座ったまま入浴が可能であるため、日ごろから車いすで生活されている方が専用のシャワーチェアに乗り換えて安全に入浴が出来ます。 手摺を座面と同じ高さまで下げることが出来るため、車いすからの移乗が安全に行えます。 また、姿勢保持が心配な方も座ずれの防止になるため安心して使用しています。				
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) ・入浴中の姿勢保持が出来、事故の防止が出来る ・気泡を使用することでよりリラックスして入浴が出来る。 (職員に対する効果) ・無理な体勢での入浴介助が減った。				

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 芙蓉会)

事業所名 (ショートステイみぎわ園)

サービス種別 (短期入所生活介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		株式会社アマノ：ヌクティ A99A-SC (シャワーチェア A99A-SC を含む)	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
2021 年 2 月 24 日	1 セット	2021 年 2 月 24 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) ヌクティは利用者の状態によって入浴方法を選ぶ事が出来るため、利用者それぞれにあわせた入浴サービスの提供が出来る点に必要性を感じます。 歩行が可能な方は自立で入浴、自立で入浴が困難な方は車いすで入浴する形で使用しています。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) ・入浴方法の選択肢が広がり、利用者が安全に入浴することが出来る。 ・利用者の残存能力を活かすことが出来る。 (職員に対する効果) ・職員の身体的負担が軽減された。 ・			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 聖隷福祉事業団)

事業所名 (和合愛光園初生サテライト)

サービス種別 (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

機器の種別		機器の製品名	
移乗介助支援機器		製品名	ロボットヘルパーSASUKE
		メーカー	マッスル (株)
		種類	ロボット介護機器移乗アシスト
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和3年2月16日	1 セット (本体、バッテリー、充電器、専用スリングシート)	令和3年2月16日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 移動・移乗が全介助の利用者1名に対し、主にベッドからリクライニング車椅子、リクライニング車椅子からベッドへの移乗介助にて使用。 対象の利用者は身体状況の低下により、前方からの抱え移乗が困難な方。リクライニング車椅子を使用しており、2人介助にて平行移乗が必要だが、SASUKEを使用することで職員1名でも移乗介助が可能となる。 1日6回程度移乗介助に使用している。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 利用者本人がリクライニング車椅子を使用しているため、前から抱えての移乗介助では移乗後のポジショニングがうまくできず、姿勢を直す動作が必要になっていた。また前から抱えることで腕や腋窩、下肢に内出血ができることも見られていた。SASUKEを使用することで利用者本人の身体的な負担の軽減、移乗に対しての利用者本人の不安の軽減が効果としてあげられる。 (職員に対する効果) 移乗時の身体的な負担が大幅に減った。 二人介助の必要性がないため、他ユニットから応援を呼ぶことなく移乗介助をすることが可能になった。これにより、他ユニットの人員が移乗介助の際に抜けることがなくなった。			

機器導入効果報告書

法人名 (特定非営利活動法人 縁がわ)
 事業所名 (縁がわ あずま)
 サービス種別 (介護予防・小規模多機能型居宅介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		株式会社いうら：リフト付シャワーキャリー LS-310 (セット使用品：レール LTA-100 含む)	
導入時期	導入台(セット)数	購入日	リースの契約期間
2021 年 3 月 11 日	1 セット	2021 年 3 月 11 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態) 地域の自宅での入浴が困難な方へ、入浴サービスを提供しています。 個浴での入浴で跨ぐことが出来ない方や、日々車いすで生活されている方の入浴で使用しています。 (使用の必要性等) リフト付シャワーキャリーを導入したことにより、個浴での入浴に不安があった利用者也安心して入浴できています。 また、入浴サービスを受け入れる利用者の幅が広がりました。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) ・またぎによる転倒等のリスクが無くなり、安心して入浴して頂ける。 (職員に対する効果) ・入浴事故のリスクが軽減され、安心して入浴介護を行うことが出来る。 ・抱え上げ動作が無くなり、身体的負担が軽減した。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人大須賀苑)
 事業所名 (特別養護老人ホームおおすか苑 (ユニット型))
 サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		アマノ リフト付きシャワーキャリー LS-610	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
2021 年 3 月 25 日	1 セット	2021 年 3 月 25 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 使用対象者については、立ち上がりが困難な方、起き上がりが困難であるが座位保持の可能な方を対象に使用している。 脱衣室及び浴室内での、抱きかかえ上げる動作での移乗介助は、利用者にとり不安や怖さを覚え、職員にとっては腰等への負荷が大きい。これらお互いの負担を軽減するために使用している。 導入前のリフトは、利用者が浴槽を背にした状態でキャリーを上昇させ 45° 反転させ入浴していたが、導入後はスライド式で安定した姿勢でゆっくり前に沈むタイプなので、出入りの際の不安や怖さを軽減するために使用している。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) キャリーの座面の高低を利用者に合わせて調節でき、持ち上げられたりすることなく、安心安全に移乗ができている。浴槽の出入りも安定した姿勢を保ち、45° キャリーが反転することなく前に湯に沈むので不安や怖さなく入浴ができている。 (職員に対する効果) キャリーの座面の高低を利用者に合わせて調節できることで、身体を持ち上げるような移乗介助を行う場面がなくなり、身体的な負担が軽くなった。			

機器導入効果報告書

法人名 (株式会社 下平)

事業所名 (デイサービスつなぐ)

サービス種別 (通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		株式会社アマノ：ヌクティ（ろ過タイプ）A99AS （セット使用品：レール A99A-SC を含む）	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
2021 年 2 月 15 日	1 セット	2021 年 2 月 15 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 （使用対象者の状態・使用の必要性等） ・主に大浴場での入浴が難しい方の入浴に使用している。 ・自立での入浴が難しい方は車いすでの入浴が出来るため必要性を感じる。 ・医療的な問題を抱えている利用者様にも入浴サービスの提供が出来る。			
【機器の導入効果】 （利用者に対する効果） 寒い時期に、大浴場での入浴が出来ない方でもヌクティで入浴して頂き、しっかり温まることが出来利用者様より満足を得ている。 （職員に対する効果） 溺れの心配が軽減されることや、タイマー機能で長湯を防ぎ、安心して入浴サービスの提供が出来る。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 嬰育会)
事業所名 (デイサービスセンター福聚)
サービス種別 (通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴機器		ニューセレクトバス n u k t y スクティ A99AS	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和 3 年 3 月 19 日	1 台	令和 3 年 3 月 19 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 数十年前に購入した電動式入浴用リフトでは、浴槽へ下降する際停止してしまう事があったため、その都度、介護職員の介助により浴槽の方へ移動していた。今回導入した入浴機器では、シャワーチェアから浴槽へドッキングできるので、利用者様の安全性の確保と介護職員の負担軽減をすることができている。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 以前の入浴用リフトでは、浴槽へ下降するため入浴までの滞空時間が長く、途中で停止することもあり、利用者の方に非常に怖い思いをさせてしまっていた。導入した入浴機器ではシャワーチェアから浴槽へドッキングができるため、転落の危険が無く、入浴時間を安心して楽しむことができています。 (職員に対する効果) 以前の電動式入浴用リフトでは浴槽へ下降する際停止してしまう事があったため、その都度、介護職員は利用者様を介助して浴槽へ移動しなければならなかった。機器の導入により、移動する必要性がなくなったため、介護職員の労力の大幅な軽減・時間短縮等の業務内容の改善をすることができたと思う。以前に比べより良いサービスに時間を費やすことができています。			

機器導入効果報告書

法人名 (株式会社ワムタック)
 事業所名 (介護付き有料老人ホームウエル静岡)
 サービス種別 (特定施設入居者生活介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		酒井医療株式会社 SAKAIMED スーパーラダリバス RAL-300R	
導入時期	導入台(セット)数	購入日	リースの契約期間
2021 年 3 月 11 日	1 台	2021 年 3 月 10 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 機械浴対象者約 25 名が対象。 日常生活に潤いを与える入浴が実現できるため、それによる癒し、心身に与える活力は絶大であるため、その必要性が高い。 月、火、木、金曜日の午前、午後に使用。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 入浴に至るまでのリフト動作がボタン一つでスムーズに行え、振動も少なくストレスが軽減されている。長座位入浴もしやすく、肩まで浸かる事ができとても良いとの評判を頂いている。 (職員に対する効果) 入浴に至るまでのリフト動作がボタン一つでスムーズに行え、身体的負担が軽減されている。 パネルでの操作も簡単なため、機械が不慣れな職員でも扱いがしやすい。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人静岡和洋福会)
 事業所名 (特別養護老人ホームなごみ)
 サービス種別 (併設型通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		株式会社アマノ：シャトル（ろ過タイプ）	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
令和3年 3月 30日	1	令和3年 3月 30日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 入浴支援機器の対象者は、浴室内の移動や、一般浴槽への跨ぎ動作、座位の保持など ADL 能力の低下により動作が不安定・困難なご利用者様となります。入浴支援機器を使用することで対象のご利用者様に安全で安心できる気持ちの良い入浴支援が来ています。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 一般浴槽への入出浴が難しいご利用者様や、座位バランスが不安定なご利用者様にも、健康面に配慮したうえで、安心して気持ち良くご利用いただける入浴サービスの提供が来ています。 シャワーチェアも把持しやすい手すりの構造で、ティルト機構が備わっており、安定して座れる角度、立ち上がりやすい角度など状況に応じた調整が可能となっています。その為、姿勢保持だけでなく、本人の能力を最大限に生かすことに繋がり、自立支援にもつながっていると考えています。 (職員に対する効果) シャワーや浴槽内の湯温や入浴時間も数値化され、見やすい位置に表示されるため、確認がしやすく、安全面に配慮することが出来ており、起因する事故も起きていません。また入浴時間を音声でアナウンスしてくれる為、他の作業中でも複数の職員が気に掛けることが出来、利用者様と時間を共有することも出来ます。 職員が操作しやすい高さに設計されている為、職員の身体面への負担も軽減されており、入浴介助が要因と考えられる腰痛は現在まで発生していません。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人 楽寿会)

事業所名 (介護老人福祉施設 楽寿の園)

サービス種別 (介護老人福祉施設)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		株式会社アマノ：シャトル（新湯タイプ）A88E セット品 シャワーチェア A88E-SCを含む	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
2021 年 3 月 23 日	1 セット	2021 年 3 月 23 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 車いすを利用されている方、座位保持が困難な方が入浴される際に使用しています。 以前使用していたものに比べ、同じ車いす入浴でも座ずれしづらく使用しやすいです。 また、入浴中に足先まで確認が出来るため、爪の状態確認やマッサージなどを行っています。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 座ずれの心配がなく入浴中の事故を防ぐことが出来る。 (職員に対する効果) 入浴している時も頭からつま先まで目視で確認出来るため、万が一異変があった場合すぐに気づくことができる。 爪の状態確認やマッサージ等、より利用者に寄り添ったサービスの提供が出来る。			

機器導入効果報告書

法人名 (株式会社ファミリーユ)
事業所名 (グループホームつぐみ押切)
サービス種別 (認知症対応型共同生活介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		積水ホームテクノ株式会社 WLC-100 介護・自立支援設備 Weels (可変浴室システム) ウェル スリフトキャリー	
導入時期	導入台 (セット) 数	購入日	リースの契約期間
令和 3 年 3 月 3 1 日	1 台	令和 3 年 3 月 3 1 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 立ち上がりや立位保持が困難で、介護者が二人がかりで入浴介助していた利用者。二人で介助しても浴槽の出入りが難しく危険が伴っていたため、浴槽につかって入浴することが難しかった。事業所に特殊浴槽などの設備が無かったため、シャワー浴で対応しており、利用者本人の「湯船につかりたい」という希望にも応えることができなかった。 入浴支援機器を導入することで、安全に浴槽の出入りを介助して行うことができるようになり、利用者本人の希望に沿った介助を提供することができるようになった。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 浴槽での入浴ができるようになり、利用者本人の「湯船につかりたい」という希望が叶い生活の質が向上した。また、浴槽での入浴が可能になったことで、しっかり身体を温めて入浴することができ、血行や代謝、皮膚の状態改善につながり、体調や心身機能の維持・向上につながっている。 (職員に対する効果) 入浴支援機器を使用することで、職員一人で安全に浴槽の出入りの介助が可能となり、介護負担や身体的負担が軽減している。また、利用者本人が希望していた湯船での入浴を叶えることができ、職員の介護に対するモチベーションの向上にもつながっている。			

機器導入効果報告書

法人名 (リヴ・レーダ株式会社)
事業所名 (デイサービスグラード小泉)
サービス種別 (通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		TOTO バスリフト ワイドシートタイプ EWB103N	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
2021 年 3 月 17 日	1	2021 年 3 月 17 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 （使用対象者の状態・使用の必要性等） ・使用対象者の状態 要介護 4、男性、左麻痺有り。右手で手すりに掴まり、浴槽内からの立ち上がりが困難。 前から抱える職員一人、後ろから押し上げる職員一人、合計二人介助にて対応。 ・使用の必要性 ご本人様が、安全安楽に入浴できるよう必要となる。 介助者が、安全安楽に入浴支援でき、腰痛対策にもなるため必要となる。			
【機器の導入効果】 （利用者に対する効果） 安全安楽に入浴できる。 （職員に対する効果） 軽介助ででき、腰痛対策になった。 誰がやっても、介助できるようになった。			

機器導入効果報告書

法人名 (遠州鉄道株式会社)
事業所名 (ラクラス原島デイサービス)
サービス種別 (通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
座浴入浴機器		シャトル【(株)アmano製】	
導入時期	導入台(セット)数	購入日	リースの契約期間
令和3年3月28日	1セット	令和3年3月28日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 車椅子での生活をなされている方など、自立入浴が困難な方が、座った状態で入浴ができる本機器を使用することで、ゆったりと湯船につかることが可能になりました。 シャワーを浴びるだけではなく、湯船につかりたい思いを持たれている方は多く、本機器の導入により入浴の質が大幅に改善をすることができました。 1日あたり、最大15人の全介助者の入浴が可能になり、入浴できる利用者数を大幅に増やすことができました。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 本機器を導入することによって、湯船での入浴をあきらめていた方も湯船につかることが可能になり、QOLの大幅な向上につながっています。また、身体をより清潔に保つことができることで、感染性皮膚病の低減や、リラックス効果による副交感神経の安定につながっており、穏やかな日常生活に大きな貢献をしています。 (職員に対する効果) 全介助者の入浴には複数の職員での介助が必要でしたが、本機器は1人の介助で入浴が可能で、職員の労働負担が大幅に軽減されました。また、今まで入浴介助にあたっていた職員は他の自立入浴者への介助対応が可能になり、施設全体の介助効率が大幅に改善されました。			

機器導入効果報告書

法人名 (合同会社 JLC Factory)

事業所名 (式番館)

サービス種別 (地域密着型通所介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		TOTO バスリフト EWB101RR	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
R3 年 3 月 8 日	1 台	R3 年 3 月 8 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) 施設の浴槽が深く下肢麻痺のある利用者や ADL 低下の著しい利用者など浴槽を跨ぐ動作が困難な場合スタッフ 2 人で介助しなければならないケースがあり、スタッフの身体的負担の軽減、利用者の安全全安心な入浴が出来るよう導入しました。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) 利用者の入浴時の身体的ストレスや恐怖心の軽減に役立っています。 (職員に対する効果) スタッフの腰痛予防になり、また身体的・精神的負担の軽減に役立ち介護の質の向上を図れています。			

入浴支援機器導入効果報告書

法人名 (有限会社ワイ・エイチ企画)
 事業所名 (グループホームサンシティあらい)
 サービス種別 (認知症対応型共同生活介護)

機器の種別		機器の製品名	
バスリフト		TOTO バスリフト	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
R3 年 3 月 29 日	2 セット	R3 年 3 月 29 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 (使用対象者の状態・使用の必要性等) ・ 座位が保てる立ち上り困難者に使用している。 ・ 一般浴槽に入浴できる利用者が増えた。			
【機器の導入効果】 (利用者に対する効果) ・ 導入前までは浴槽に入る事が困難な利用者が浴槽に入る事ができ、衛生的にも精神的にも良い効果を得られる。 ・ 以前からも浴槽に入る事が出来る利用者も安全に浴槽に入る事が出来る。 (職員に対する効果) ・ バスリフトを使用することにより、職員二人介助等で入浴していた利用者が、一人の職員で対応が出来るようになり仕事の効率化及び入浴介助の負担が軽減できた。 ・ 入浴中の転倒等が軽減された。			

機器導入効果報告書

法人名 (社会福祉法人青空)

事業所名 (有料老人ホーム青空)

サービス種別 (特定施設入居者生活介護)

機器の種別		機器の製品名	
入浴支援機器		株式会社アマノ：ヌクティ（ろ過タイプ）A99AS （セット使用品：スライドターンテーブル A99A-STT を含む）	
導入時期	導入台（セット）数	購入日	リースの契約期間
2021 年 3 月 31 日	1 セット	2021 年 3 月 31 日	年 月 日から 年 月 日まで
【機器の使用状況】 （使用対象者の状態・使用の必要性等） 足が上がらなくなっているために一般浴でまたぎ動作が難しく、転倒などが心配な利用者が入浴する際に、自立入浴でまたぎ動作を解消できるため使用しています。 利用者の歩行の潜在能力を活かしながら、事故のリスクを軽減でき必要性が高いものになっています。			
【機器の導入効果】 （利用者に対する効果） 一般個浴での入浴が困難になってきた方も、安全に自力での入浴が可能になった。 おぼれや転倒などの事故リスクの軽減。 （職員に対する効果） 幅広い利用者への安全な入浴機会の提供が可能になった。 無理な姿勢での入浴介助が少なくなり、職員の身体的負担が軽減された。			