

診療用放射線照射装置設置届

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

住 所
 管理者
 氏 名

次のとおり診療用放射線照射装置を設置したいので、医療法第 15 条第 3 項の規定により届け出ます。

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 病院又は診療所の名称及び所在地 | | |
| 診療用放射線照射装置 | | 製作者名 型式 個数 |
| 診療用放射線照射装置に装備する放射性同位元素 | | 種類 数量 Bq |
| 診療用放射線照射装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 放射線源の収納容器の遮へい措置 | 有 ・ 無 |
| | 二次電子ろ過板 | 有 ・ 無 (理由) |
| | 照射口開閉用遠隔操作装置 | 有 ・ 無 (理由) |
| 診療用放射線照射装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 主要構造部等の構造 | 耐火構造 ・ 不燃材料 |
| | 天井、床及び周囲の画壁の遮へい装置 | 有 ・ 無 (理由) |
| | 出入口の数 | 通常出入口 箇所 非常口 箇所 |
| | 放射線発生時の自動表示装置 | 有 ・ 無 |
| | 使用室の標識 | 有 ・ 無 |
| | 貯蔵施設の遮へい措置 | 有 ・ 無 |
| | 出入口の数 | 通常出入口 箇所 非常口 箇所 |
| | 閉鎖設備等 | 有 ・ 無 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|
| 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構想設備の概要 | 貯蔵施設の標識 | | 有 ・ 無 |
| | 受皿、吸収材等による汚染の拡大防止設備等 | | 有 ・ 無 |
| | 貯蔵室の主要構造等の耐火構造 | | 有 ・ 無 (理由) |
| | 貯蔵室の特定防火設備に該当する防火戸 | | 有 ・ 無 |
| | 貯蔵箱等の耐火性構造 | | 有 ・ 無 (理由) |
| | 貯蔵容器 | 遮へい措置 | 有 ・ 無 |
| 標識 | | 有 ・ 無 | |
| 貯蔵する放射性同位元素の種類及び数量の表示 | | 有 ・ 無 | |
| 運搬容器の放射線障害の防止に関する構想設備の概要 | 運搬容器の遮へい措置 | | 有 ・ 無 |
| | 運搬容器の標識 | | 有 ・ 無 |
| | 運搬する放射性同位元素の種類及び数量の表示 | | 有 ・ 無 |
| 放射線治療病室の放射線障害防止に関する構想設備の概要 | 放射線治療病室の天井、床及び周囲の面壁の遮へい措置 | | 有 ・ 無 |
| | 放射線治療病室の標識 | | 有 ・ 無 |
| | 内部の壁、床等の汚染を除去しやすくする構造 | | 有 ・ 無 |
| 診療用放射線照射装置使用室等の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 注意事項の掲示 | | 有 ・ 無 |
| | 管理区域の設定 | | 有 ・ 無 |
| | 管理区域の標識 | | 有 ・ 無 |
| | 管理区域内の立入りの制限措置 | | 有 ・ 無 |
| | 敷地内居住区域及び敷地の境界における線量を限度以下とする措置 | | 有 ・ 無 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|---------|------------------------|-----------------|
| | 入院患者の被ばく防止措置 | | 有 ・ 無 | |
| | 放射線診療従事者等の被ばく防止措置 | | 有 ・ 無 | |
| | 放射線診療従事者等の被ばく線量測定器 | | 有 ・ 無 (理由) | |
| 診療用放射線照射装置を使用する者の氏名等 | 氏 名 | 免 許 番 号 | 医師、歯科医師又は 診療放射線技師の別 | 放射線診療に関する 経歴 |
| | | | | |
| 使 用 開 始 予 定 年 月 日 | | | 年 月 日 | |

(注) 診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び放射線治療病室の平面図及び側面図を添付すること。