

仕 様 書

1 品名及び数量

アラームメータ（電子ポケット線量計） 430個

2 仕様及び機能

以下と同等以上の機能を有すること。

測定線種	γ線（X線）が測定可能であること。
検出器	半導体検出器であること。
測定エネルギー範囲	50keV～1.5MeV を範囲に含むこと。
測定範囲	積算線量として 1 μSv～10Sv が測定可能であること。
指示誤差	±10%以内であること。
表示機能	積算線量を記録し、4桁で液晶デジタル表示できること。
警報機能	設定した線量を超えると、音・ランプ及び振動で警報を発することができること。
外形寸法	約 130mm×31mm×16mm
質量	約 60 g
電源	コイン型リチウム電池 ＊納入時に新品の電池が入っていること
防水性能	IP54（生活防水）相当
基準品	PDM-702（アロカ(株)）

3 同等以上品による応札

基準品以外の同等以上品による応札を希望する場合は、書類提出前に7あて当該物品が上記仕様を満たすことを証明できる資料（仕様書及びカタログ等）を提出し、同等品であることの承認を受けること。

4 その他の事項

- (1) 受注者は、機器の所要の目的が達成できるよう、正常に稼動することを確認すること。
- (2) 調達物品納入後の検収日以降、1年間は保証期間として、無償にてメンテナンスを行うこと。
- (3) 納入日については「6 納入先」に記載の連絡先と別途調整の上決定すること。
- (4) 原子力防災資材総合管理システム（以下「NEMS」という。）からラベルを発行し、外箱等に貼り付けたうえで納入すること。
- (5) 機器の納入、調整及び検収等、本仕様書に規定する事項に係る経費は落札者の負担とする。
- (6) 納入場所において、配備先が検品を行うため、納入日については別途調整の上決定すること。
- (7) 納入時、機器を使用する職員に対し取扱説明を実施すること。
- (8) この仕様書に定めのない事項に関しては、「7 資料提出先及び問合せ先」の担当者と相談の上決定すること。

5 納入期限 令和9年3月19日（金）

6 納入先
別表のとおり

7 資料提出先及び問合せ先
静岡県出納局用度課物品班 笠井 電話番号：054-221-2125

別表 納入場所一覧

名 称	所在地、連絡先	納入数
牧之原市危機管理課	牧之原市静波 447-1 0548-23-0058	4
掛川市危機管理課	掛川市長谷 1-1-1 0537-21-1131	15
菊川市危機管理課	菊川市堀之内 61 0537-35-0923	10
焼津市地域防災課	焼津市石津 728-2 054-623-2554	31
吉田町防災課	榛原郡吉田町住吉 87 0548-33-2164	5
藤枝市大規模災害対策課	藤枝市岡出山 1-11-1 054-643-3119	32
島田市危機管理課	島田市中心町 1-1 0547-36-7320	29
袋井市危機管理課	袋井市国本 2907 0538-86-3703	17
森町危機管理課	周智郡森町森 2101-1 0538-85-6302	2
磐田市危機管理課	磐田市国府台 3-1 0538-37-2114	48
御前崎市消防本部	御前崎市池新田 5151-1 0537-85-2119	15
静岡市消防局牧之原消防署※	牧之原市波津 191-1	4
志太広域事務組合 志太消防本部	藤枝市稲川 200-1 054-641-9205	63
静岡市消防局吉田消防署※	榛原郡吉田町住吉 1386-5	9
静岡市消防局島田消防署※	島田市旗指 513-1	31
袋井市森町広域行政組合 袋井消防本部	静岡県袋井市国本 2907 0538-44-5112	22
磐田市消防本部	磐田市福田 400 0538-59-1716	50
北遠総合庁舎	浜松市天竜区二俣町鹿島 559 054-221-3735	43
計		430

※静岡市消防局については、静岡市消防局財産管理課（054-280-0161）に御連絡の上、納入日及び納入場所について打ち合せること。